

インフォメーション

登録衛生検査所 臨床 宮崎

TEL0985-52-6688 FAX0985-52-8093

所要日数短縮項目のお知らせ

謹啓 時下ますますご清栄のこととお喜び申し上げます。

平素は格別のご愛顧を賜り、有難く厚く御礼申し上げます。

さて、弊社では皆様のご要望にお応えし、また医療の進歩に寄与すべく絶えず検査領域の拡大に努めておりますが、このたび、下記検査項目の所要日数を短縮(当日報告可能)させて頂くこととなりましたので、ご案内申し上げます。

尚、その他、検査容器、参考基準値、単位等の変更はございません。

何卒、ご利用、ご用命の程よろしくお願い申し上げます。

謹 白

記

● 所要日数短縮項目:

■ D. Dダイマー精密

◆ 変更開始期日:平成 30 年 9 月 3 日(月)受付分より

※詳細につきましては裏面をご参照ください

ご不明な点は弊社担当までお申し付け下さい

■ D. Dダイマー精密

◆検査内容:

	新検査内容	旧検査内容
項目名称	D. Dダイマー精密	同左
項目コード	1490	同左
検査方法	ラテックス免疫比濁法	ラテックス凝集法
採取容器	凝固用容器(黒)	同左
検体必要量	血漿 0.3ml	同左
保存方法	採血後、冷蔵(遠心分離後、血漿凍結)	同左
参考基準値	1.0以下	同左
単位	μg/mL	同左
所要日数	1~2日 (当日中にFAXにて報告可能)	4~5日
実施料/判断料	137点/血液学的検査144点	同左
備考	ご依頼のさいは、現状どおり、総合検査依頼書内【Dダイマー精密】にチェック下さい	

◆ 相関図:

No.	現行試薬	新試薬
1	0.7	0.2
2	0.7	0.2
3	0.9	0.2
4	0.9	0.3
5	0.7	0.3
6	0.8	0.3
7	0.9	0.3
8	0.8	0.3
9	0.9	0.3
10	0.9	0.3
11	0.7	0.3
12	0.8	0.3
13	0.9	0.3
14	0.7	0.4
15	0.9	0.4
16	0.9	0.4
17	1.0	0.4
18	1.0	0.4
19	0.7	0.4
20	1.1	0.4
21	0.9	0.5
22	1.1	0.5
23	1.1	0.5
24	1.0	0.5
25	0.9	0.5

No.	現行試薬	新試薬
26	0.9	0.5
27	0.9	0.5
28	1.0	0.5
29	1.1	0.6
30	1.1	0.7
31	1.2	0.7
32	0.9	0.8
33	1.5	0.8
34	1.4	0.8
35	1.3	0.9
36	1.2	0.9
37	1.1	1.0
38	1.3	1.1
39	1.1	1.2
40	1.5	1.3
41	1.5	1.4
42	1.7	1.5
43	1.8	1.5
44	1.5	1.7
45	2.5	2.8
46	2.6	2.9
47	2.6	3.1
48	2.6	3.4
49	4.1	4.2
50	12.8	15.1

